

UFFICIO ACQUISTI

DETERMINA A CONTRARRE

Affidamento per la fornitura di Reometro

SERVICESTELLE EINKAUF

VERFÜGUNG ZUM VERTRAGSABSCHLUSS

Vergabe der Lieferung von Rheometer

IDO 13187 – PIS P041168

CUP I57G23000400003

Il Direttore,

Premesso che la Libera Università di Bolzano in data 20/11/2023 è stata iscritta con livello di qualificazione SF1 (affidamenti senza limiti d'importo) nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificati ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023, gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;

Premesso che ai sensi delle regole dell'approvvigionamento digitale il CIG verrà acquisito tramite i portali digitali di approvvigionamento soltanto in un momento successivo alla presente determina a contrarre. Il CIG della presente procedura, di conseguenza, è ancora sconosciuto e verrà indicato su tutti i documenti redatti dopo il rilascio dello stesso da parte di ANAC;

Considerato che si rende necessario procedere con l'affidamento in oggetto;

Preso atto che si intende soddisfare il seguente interesse pubblico: necessario per il nuovo centro della fermentazione

Visto l'art. 21 ter, comma 2 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, il quale prevede che: "*Per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in alternativa all'adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall'ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale*";

Der Universitätsdirektor,

Vorausgeschickt, dass die Freie Universität Bozen am 20.11.2023 mit dem Qualifikationsniveau SF1 (Vergaben ohne Betragseinschränkung) in die Liste der qualifizierten Vergabestellen gemäß Artikel 62 und 63 des GvD 36/2023, die von der nationalen Antikorruptionsbehörde ANAC verwaltet wird, eingetragen wurde;

Vorausgeschickt, dass gemäß den Vorschriften für die digitale Auftragsvergabe der CIG erst zu einem späteren Zeitpunkt über die digitalen Vergabeportale eingeholt werden kann. Somit ist der CIG des vorliegenden Verfahrens noch unbekannt und wird auf allen Dokumenten angegeben, die nach Ausstellung des CIG durch die ANAC erstellt werden;

Festgestellt, dass die im Betreff genannte Vergabe notwendig ist;

Festgestellt, dass damit folgendes öffentliches Interesse erfüllt werden soll: für das neue Fermentationszentrum erforderlich

Nach Einsichtnahme in Art. 21 ter, Absatz 2 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, welcher folgendes vorsieht: "*Für die Vergabe von Liefer-, Dienstleistungs- und Instandhaltungsaufträgen unter dem EU-Schwellenwert greifen die öffentlichen Auftraggeber laut Absatz 1, unbeschadet der Bestimmung laut Artikel 38 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, alternativ zum Beitritt zu den von der AOV abgeschlossenen Rahmenvereinbarungen und unter Einhaltung der entsprechenden Preis- und Qualitätsparameter als Höchstgrenzen, ausschließlich auf den elektronischen Markt des Landes Südtirol zurück oder auf das telematische System des Landes, wenn es keine Ausschreibungen für die Zulassung gibt*";

Rilevato che per l'affidamento in oggetto non è attiva una convenzione/contratto quadro dell'ACP; Festgestellt, dass für die gegenständliche Vergabe keine Konvention/Rahmenvereinbarung der AOV aktiv ist;

Rilevato che per l'affidamento in oggetto non è attivo un bando sul mercato elettronico dell'ACP; Festgestellt, dass für die gegenständliche Vergabe keine Ausschreibung auf dem elektronischen Markt der AOV aktiv ist;

Ritenuto di porre a base d'asta l'importo di € 59.100,00 IVA esclusa; Festgestellt, den Betrag von € 59.100,00 zzgl. MwSt. als Ausschreibungsbetrag festzulegen;

Ritenuto pertanto utile procedere con la seguente procedura, da pubblicare sul portale della Provincia SICP utilizzando l'elenco telematico: Festgestellt, dass somit folgendes Verfahren, welches auf dem Landesportal ISOV unter Verwendung des telematischen Verzeichnisses veröffentlicht wird, zweckmäßig erscheint:

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 in c.d. con l'art. 26 comma 1 lettera b) della L.P. 16/2015 e con la prima parte dell'art. 12 comma 1 del regolamento acquisti; Direktvergabe gemäß Art. 50 Absatz 1 Buchstabe b) des GvD 36/2023 iVm Art. 26 Abs. 1 Buchstabe b) des LG Nr. 16/2015 und mit dem ersten Teil des Art. 12 Abs. 1 der Einkaufsregelung;

Constatato che l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 L.P. 16/2015, avverrà con il criterio del prezzo più basso; Festgestellt, dass der Zuschlag gemäß Art. 33 des L.G. 16/2015 nach dem Kriterium des günstigsten Preises erteilt wird;

Considerato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenze nell'esecuzione dell'affidamento con il seguente risultato: Festgestellt, dass das Vorliegen von Risiken durch Interferenzen bei der Vertragsausführung mit folgendem Ergebnis überprüft wurde:

non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI); es wurden keine Risiken festgestellt, weshalb es nicht notwendig ist, das Einheitsdokument für die Bewertung der Risiken durch Interferenzen (DUVRI) zu erstellen;

Preso atto, che per i seguenti motivi e ai sensi dell'art. 28, comma 2 L.P. 16/2015 non viene fatta una suddivisione in lotti: si tratta di una fornitura unica che deve essere eseguita da un unico operatore economico; Festgestellt, dass aus folgenden Gründen und gemäß Art. 28, Abs. 2 des LG 16/2015 keine Unterteilung in Lose vorgenommen wird: Es handelt sich um eine einheitliche Lieferung die durch einen Wirtschaftsteilnehmer erfolgen muss;

Considerato che in applicazione del principio di rotazione è stata eseguita una ricerca di mercato richiedendo dei preventivi presso le ditte seguenti: Festgestellt, dass unter Einhaltung des Rotationsprinzips eine Marktanalyse durchgeführt wurde, in welcher Kostenvoranschläge bei folgenden Unternehmen angefragt wurden:

Denominazione/Beschreibung:
Alfatest

Codice Fiscale/Steuernummer:
05434951009

Di cui sono pervenute la seguenti offerte:

Davon sind folgende Angebote eingegangen:

Impresa/Firma	Data/Datum	Prezzo iva esclusa/Preis ohne MwSt.
Alfatest	19.01.24	€ 59.100,00

Preso atto che per il seguente motivo veniva richiesto soltanto un unico preventivo: vedi allegato; Festgestellt, dass aus folgendem Grund nur ein Angebot eingeholt wurde: siehe Anhang;

Constatato che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito rispettivamente nell'incarico;

Festgestellt, dass die wesentlichen Vertragsklauseln im Einladungsschreiben bzw. in der Beauftragung enthalten sind;

Considerato che l'affidamento in oggetto è finanziato con i seguenti mezzi (budget):

Festgestellt, dass die gegenständliche Vergabe mit folgenden Haushaltsmitteln (Budget) finanziert wird:

PIS	Importo iva inclusa/Betrag inkl. MwSt.
P041168	€ 75.000,00

Visto il regolamento acquisti della Libera Università di Bolzano, la L.P. 16/2015 nonché il D.Lgs. 36/2023;

Nach Einsichtnahme in die Einkaufsregelung der Freien Universität Bozen, in das LG 16/2015 sowie in das GvD 36/2023;

Preso atto che in merito all'affidamento in oggetto non sono presenti situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 16 D.Lgs. 36/2023;

Festgestellt, dass für die gegenständliche Vergabe kein Interessenskonflikt gemäß Art. 16 des GvD 36/2023 besteht;

DETERMINA

VERFÜGT

- di indire, per i motivi di cui sopra, un affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 in c.d. con l'art. 26 comma 1 lettera b) della L.P. 16/2015 alla ditta Alfatest avente ad oggetto la fornitura in oggetto e alle condizioni sopra indicate.
- di indicare il CIG della presente procedura su tutti i documenti redatti successivamente al rilascio dello stesso da parte di ANAC.

- aus obgenannten Gründen eine Direktvergabe gemäß Art. 50 Absatz 1 Buchstabe b) des GvD 36/2023 iVm Art. 26 Abs. 1 Buchstabe b) des LG Nr. 16/2015 an die Firma Alfatest für die gegenständliche Lieferung und mit den oben genannten Konditionen einzuleiten.
- den CIG des gegenständlichen Verfahrens auf allen Dokumenten anzugeben, die nach dessen Ausstellung durch die ANAC erstellt werden.

Si applica l'art. 32 della L.P. 16/2015.

Art. 32 des L.G. 16/2015 findet Anwendung.

Non viene redatta la relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti in quanto tutte le informazioni pertinenti sono contenute nella presente determina a contrarre.

Es wird kein Vergabevermerk zum Vergabeverfahren erstellt, da sämtliche relevanten Informationen in der gegenständlichen Verfügung zum Vertragsabschluss enthalten sind.

L'incarico verrà fatto tramite il portale della Provincia SICP utilizzando l'elenco telematico.

Die Beauftragung erfolgt über das Landesportal ISOV unter Verwendung des telematischen Verzeichnisses.

Bolzano/Bozen, lì/am 23.02.2024

Il Direttore/Der Universitätsdirektor
Dott. Günther Mathà

Il RUP/Der EPV
Dott. Michael Peer

Bozen / Bolzano,
12.01.2024

Oggetto: Dichiarazione di esclusività per l'approvvigionamento di un Reometro Rotazionale HAAKE MARS 60

Con la presente, sono ad illustrare le motivazioni principali per cui ritengo che il Reometro HAAKE MARS 60 sia la scelta più idonea per le nostre attività di ricerca.

La tecnologia di cuscinetti ad aria, che non richiede particolari protezioni quando lo strumento non è in uso, offre una maggiore praticità e sicurezza operativa.

La presenza di un motore di tipo drag cup garantisce una precisione di misura superiore, fondamentale per le nostre analisi su materiali con strutture molecolari deboli.

La capacità di misurare a basse viscosità con volumi minori è essenziale per le ricerche condotte sui prodotti lattiero-caseari. Il telaio monoscocca in alluminio con struttura ad H offre una stabilità strutturale eccezionale, assicurando la massima precisione nelle misurazioni. L'accesso agevole al campione da entrambi i lati dello strumento semplifica le operazioni di caricamento e *trimming* del campione, migliorando l'efficienza delle analisi. La separazione fisica tra la *control box* e lo strumento stesso consente di intervenire sull'elettronica senza dover aprire l'intero sistema, ottimizzando la manutenzione e riducendo i tempi di inattività. La gestione del raffreddamento dei moduli di controllo della temperatura attraverso un blocco valvole integrato è una caratteristica che ritengo fondamentale per garantire prestazioni affidabili nel lungo termine. L'utilizzo di materiali come ceramica e titanio per i componenti critici garantisce un isolamento termico efficace e una maggiore leggerezza, contribuendo alla precisione delle analisi. La possibilità di rilasciare il rotore automaticamente tramite pressione di un bottone o attraverso una funzione integrata nel metodo di analisi offre un ulteriore livello di comodità operativa. Il numero massimo di giri di 4500 rpm è più che sufficiente per le esigenze di analisi avanzate. La prospettiva di poter integrare un modulo di controllo della temperatura per eseguire analisi simultanee di reologia e spettroscopia FTIR è un'opzione che offre un notevole potenziale di espansione e versatilità nel lavoro futuro.

In base alle caratteristiche uniche sopra elencate, credo che sia lo strumento ideale per le ricerche avanzate su prodotti fermentati ed in particolar modo per i derivati lattiero-caseari. La combinazione di precisione, versatilità e affidabilità che offre soddisfa appieno le esigenze di analisi sofisticate.

Cordiali saluti,

Raffaella Di Cagno



Spett.le
Università Libera di Bolzano – Facoltà di Scienze agrarie, ambientali e alimentari c/o NOI Techpark
Piazza Università, 5
39100, Bolzano - Italia

Roma lì, 16/01/2024

La sottoscritta società Alfatest S.r.l., con sede in Roma, Via G. Pittarelli 97, dichiara di essere il solo distributore autorizzato in Italia del reometro rotazionale HAAKE MARS 60 prodotto da Thermo Scientific.

Dichiara inoltre che il reometro rotazionale HAAKE MARS 60 è provvisto delle seguenti caratteristiche che, nel loro insieme, costituiscono unicità strumentale:

1. Il sistema di cuscinetti ad aria non necessita di speciali protezioni quando lo strumento non è in uso o se l'utenza di aria è spenta.
2. La testa di misura consiste in un motore di tipo *drag cup*.
3. Ottimizzazione per sensibilità alle basse coppie per permettere la misura a più basse viscosità su materiali con strutture molecolari deboli e usando volumi minori.
4. Il motore garantisce un'inerzia di 10^{-5} kgm².
5. Telaio consistente in monoscocca in alluminio con due colonne portanti (struttura ad H) per garantire la massima rigidità e stabilità e una distribuzione ottimale delle forze in gioco.
6. Accesso al campione sia dal fronte sia dal retro dello strumento per garantire la massima semplicità durante le operazioni di caricamento e *trimming* del campione.
7. Control box fisicamente separata dallo strumento in modo da poter intervenire sull'elettronica senza necessariamente aprire lo strumento.
8. Blocco valvole integrato nello strumento per la gestione del raffreddamento dei moduli di controllo della temperatura.
9. Rotori aventi *shaft* realizzato in materiale ceramico per garantire isolamento termico della testa del reometro rispetto alla temperatura di analisi. Le parti in contatto con il campione sono realizzate in titanio per una maggiore leggerezza e minore inerzia.
10. Rilascio del rotore automatico e per via pneumatica mediante pressione di un bottone o mediante funzione integrata nel metodo di analisi.
11. Numero di giri massimo di 4500 rpm.
12. Possibilità di implementazione futura di modulo di controllo della temperatura per eseguire analisi simultanea di reologia e spettroscopia FTIR.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

In fede
Valentino Polchi
Alfatest S.r.l.

